

ตู้เก็บตัวอย่างเปลือกหอยอ้างอิง 50 ตู้

คุณสมบัติ

1. ตู้เก็บตัวอย่างเปลือกหอย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 700 มม. ลึกไม่น้อยกว่า 1,150 มม. สูงไม่น้อยกว่า 1,100 มม. เป็นตู้เหล็กพ่นอบสี และ ใส่ล้อแบบล็อกได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
2. ตู้สามารถวางซ้อนกันสองชั้นได้ มีลิ้นชักด้านในเลื่อนเข้าออกได้ไม่น้อยกว่า 6 ลิ้นชัก และขอยางสำหรับวางลิ้นชักจำนวน 27 ราง มีเสาเสริมความแข็งแรงทั้งสี่มุมภายในตู้ ลิ้นชักสามารถรองรับน้ำหนักไม่ต่ำกว่า 5 กิโลกรัม
3. มีบานเปิดพร้อมชุดกุญแจ พร้อมซีลกันแมลง ประตูบานสวิง ด้านนอกมีซีลกันฝุ่นและแมลงเข้าตู้ มีมือเปิดประตูแบบล็อกได้ ภายในตู้ซีลกันฝุ่นและแมลงเข้า
4. สามารถถอดลิ้นชักและสลับตำแหน่งได้ พร้อมมีระบบกันลิ้นชักหล่น ลิ้นชักมีกระดุกเสริมความแข็งแรง 2 เส้นตามแนวยาว ลิ้นชักมีล้อลูกปืน 4 ล้อ มีช่องว่างระหว่างลิ้นชักอย่างน้อย 10 มม. ใช้เหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 1 มม. มีอุปกรณ์มือจับแบบฝังหรือแบบหุ้มสามารถพับเก็บได้ และที่เสียบป้ายชื่อทุกชั้น ทำจากเหล็กปลอดสนิมหรือเหล็กเคลือบด้วยสารป้องกันสนิม เพิ่มความแข็งแรงของพื้นลิ้นชักด้วยวิธีการรีดให้เป็นร่อง (Beading) โดยรอบพื้นของลิ้นชัก
5. มีเสารับแรงสามารถวางซ้อนกันได้ 2 ตู้
6. สามารถใช้ได้กับลิ้นชักรางเลื่อนเดิมที่คลังตัวอย่างใช้อยู่ (มีต้นแบบลิ้นชักเดิมให้)
7. ผู้ผลิตต้องได้รับมาตรฐานการผลิต ISO 9001 : 2015
8. กำหนดส่งมอบภายใน 180 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
9. มีการรับประกันอย่างน้อย 1 ปี